

تاریخ

۱۴۰۴/۱۲/۲۴ - ۱۲:۰۹:۳۰

شماره داخلی

۲۲۶۵۹۸/۱۴۰۴

شماره ثبت صادره

ص/۱۴۰۴/پ/۹/۳۰۲/۴۲۳۴۴

تاریخ ثبت صادره

۱۴۰۴/۱۲/۲۴ - ۱۳:۲۴:۱۲

پیوست دارد



باسمه تعالی

معاونت غذا و دارو

روشن کردن پیک نیک در چادر مسافرتی و خودرو می تواند باعث مسمومیت با گاز مونوکسید کربن و مرگ گردد.

نام و سمت گیرنده

| ردیف | نام و سمت گیرنده | کد | عملیات |
|------|---|----|--------|
| ۱ | جناب آقای دکتر محمدجواد خشنود مدیر محترم داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی | | |
| ۲ | جناب آقای دکتر محمد منفرد رئیس محترم انجمن داروسازان استان فارس | | |
| ۳ | رئیس و مدیر محترم کلیه ی بیمارستان های دولتی و خصوصی | | |

موضوع گزارش مورد تقلبی فرآورده Cyramza

با سلام و احترام

به استحضار می رساند به پیوست نامه شماره ۸۸۸۹۹ / ۶۶۵ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل، در خصوص نامه شرکت شفا یاب گستر منضم به نامه رسمی شرکت Eli Lilly، به اطلاع می رساند فرآورده Cyramza (Ramucirumab) به فرم ویال ۵۰ ml ۵۰۰mg با شماره سری ساخت D۵۱۹۳۴۶S تقلبی بوده و دارای پروانه ثبت واردات نمی باشد. لذا کلیه ویال های موجود در سطح عرضه، محصول قاچاق بوده و با توجه به حساسیت فرآورده و عدم اطمینان از اصلی بودن و رعایت زنجیره سرد قابل استفاده نمی باشد.

بنابراین ضروری است در صورت مشاهده، اقدام لازم معمول و مراتب در اسرع وقت به این معاونت اعلام گردد. همچنین مقتضی است اطلاع رسانی به نحوی صورت پذیرد که حتما از برجسب اصالت و کد ۱۶ رقمی زیر برجسب سیاه رنگ (scratch lable) جهت تایید اصالت محصول استفاده شود.

نام و سمت مدیر واحد

دکتر محمدعظیم رافت مدیر دارو و فرآورده های بیولوژیکی و مواد

اقدام کننده

اداره فنی و نظارت بر عرضه مواد و فرآورده های دارویی

اطلاعات مدرک

تلفن ۷۴۷۷

کلید واژه

آدرس

پست الکترونیک zeinabphar@sums.ac.ir

شماره: ۶۶۵/۸۸۸۹۹

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۱۹

پیوست: ندارد

سرمایه گذاری برای تولید

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور

موضوع: گزارش مورد تقلبی فراورده Cyramza

با سلام و احترام؛

عطف به نامه شماره ۱۰/۳۱۰۸/ص/گ/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ شرکت شفا یاب گستر منضم به نامه رسمی شرکت Eli Lilly به اطلاع می‌رساند فراورده (Cyramza (Ramucirumab) به فرم ویال 500mg 50ml با شماره سری ساخت D519346S تقلبی بوده و دارای پروانه ثبت (واردات) نیست، لذا کلیه ویال‌های موجود در سطح عرضه، محصول قاچاق بوده و با توجه به حساسیت فراورده و عدم اطمینان از اصلی بودن و رعایت زنجیره سرد قابل استفاده نمی‌باشد. بنابراین ضروری است در صورت مشاهده، اقدام لازم معمول و مراتب در اسرع وقت به این اداره کل اعلام گردد. همچنین مقتضی است اطلاع رسانی به نحوی صورت پذیرد که حتماً از برجسب اصالت و کد ۱۶ رقمی زیر برجسب سیاه رنگ (scratch label) جهت تایید اصالت محصول استفاده شود.

دکتر اکبر عبداللہی اصل
مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل

رونوشت :

مدیرعامل محترم شرکت شفا یاب گستر
جناب آقای دکتر عابدی رئیس محترم اداره خون و فرآورده های بیولوژیک
جناب آقای دکتر حاجی میری سرپرست محترم اداره بازرسی فنی
جناب آقای دکتر سعید مهرزادی سرپرست محترم دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
جناب آقای مهندس هاشمی مشاور محترم رئیس سازمان و سرپرست روابط عمومی : جهت اطلاع رسانی در وبگاه سازمان
سرکار خانم زهرا کرمی کارگردان محترم اداره راهبری اسناد و مدارک



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمایر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کدپستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳